

ONE TOUCH ULTRA PLUS

ONE TOUCH Ultra Plus Teststreifen

PZN: 18769600

Inhalt: 1X50 St

Hersteller: Kohlpharma GmbH

Zweckbestimmung

Für die quantitative Messung der Glukose (Zucker) in frischem Kapillarvollblut aus der Fingerbeere.

Zusammensetzung

Glukose-Dehydrogenase-Flavinadenindinukleotid oder FAD-GDH (aus *Aspergillus* sp.), Kaliumferrocyanid, weitere Inhaltsstoffe (Puffer usw.). Das Teststreifenröhrchen enthält ein Trockenmittel.