

CURATEST VLIESST 7.5X12.5

CURATEST Vliesstoff Testpflaster 7,5x12,5 cm

PZN: 07666311

Inhalt: 50 St

Hersteller: Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG

Zweckbestimmung

Das CURATEST® Epikutantestpflaster ist zur Durchführung von Epikutantests bestimmt.

Zusammensetzung

Das CURATEST® Epikutantestpflaster besteht aus: Vliesstoff aus: Polypropylen beschichtet mit einem Polyacrylatklebstoff Auf der klebenden Seite sind 10 Vliesstoffscheibchen bestehend aus einem einseitig mit Polyethylen beschichteten wasserstrahlverfestigten Viskose-Vliesstoff mit der PE-Seite zum Kleber aufgebracht. Die Ränder der Vliesstoffscheibchen sind mit einem Ring aus transparenter Polyesterfolie abgedeckt. Die klebende Seite ist mit weißem Silikonpapier abgedeckt.