

TERUMO MEDISAFE FIT BLUTZU

TERUMO Medisafe Fit Blutzuckertestspitzen

PZN: 10191395

Inhalt: 25 St

Hersteller: MeDiTa-Diabetes GmbH

Zweckbestimmung

Die MEDISAFE FIT Blutzuckertestspitze ist zum Gebrauch als In-vitro Diagnostikum zur quantitativen Messung der Glukosekonzentration in frischem Vollblut vorgesehen. Die MEDISAFE FIT Blutzuckertestspitze ist mit Blutzuckermessgeräten der MEDISAFE FIT Marke zu verwenden.

Zusammensetzung

Chemische Zusammensetzung (pro 1cm²): (1)Glukoseoxidase 36.9 U (2) Peroxidase 44.3 U (3) 4-amino-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-(4-sulfophenyl)-3H-pyrazole-3-on 58.7 µg (4) 3-((3,5-dimethylphenyl)ethylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonate sodium monohydrate 98.8 µg