


RC-Cornet[®] PLUS VERNEBLER SET

Das RC-Cornet[®] PLUS VERNEBLER SET ermöglicht die Kombination der RC-Cornet[®] PLUS FAMILIE mit allen gängigen nicht ISO-genormten Verneblern.*



Im Lieferumfang des RC-Cornet[®] PLUS VERNEBLER SET sind enthalten: Verneblerring, Winkelstück und RC-Adapter

Artikel-Nr. 2651 | PZN 14 439 900

* Änderungen in den Depositionsdaten sind je nach Vernebler möglich.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des RC-Cornet[®] PLUS VERNEBLER SET diese Gebrauchsanweisung. Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung des jeweiligen RC-Cornet[®] PLUS Atemtherapiegerätes, des Inhalationsgerätes sowie der entsprechenden Medikation. Die RC-Cornet[®] PLUS FAMILIE, das Inhalationsgerät und die Medikation müssen separat erworben werden. Bei der Kombination mit Verneblern muss darauf geachtet werden, dass der Sitz des jeweiligen RC-Cornet[®] PLUS mit dem RC-Cornet[®] PLUS VERNEBLER SET genauso fest ist, wie wenn das Verneblermundstück aufgesetzt würde. Es darf also sichtbar während der Einatmung keine Inhalationslösung außerhalb der Produktkombination vorbei strömen. Beachten Sie dazu den jeweiligen Innendurchmesser (ID).



LATEX FREI



BEI BESCHÄDIGTER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN



MENGE: 1



BEI BESCHÄDIGTER VERPACKUNG NICHT VERWENDEN



GEBRAUCHS-ANWEISUNG BEACHTEN



FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. ACHTUNG VERSCHLUCKBARE KLEINTEILE

Eigentümer der Trademarks und der registrierten Trademarks ist das Unternehmen CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG. Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
www.cegla.de



2651

LOT 210720


2651m | 07/2021

2651m | 07/2021

All trademarks and registered trademarks belong to the company CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG, Germany. In some instances, product graphics may vary from actual product models, sizes and/or colors listed below.

CEGLA
MEDIZINTECHNIK


CEGLA Medizintechnik GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 92 13-0
info@cegla.de
www.cegla.de



Please read the instructions for use RC-Cornet[®] PLUS NEBULIZER KIT carefully before first use. Please also follow the instructions of the according RC-Cornet[®] PLUS respiratory therapy devices, the nebulizer and the medication. All three products are included and must be purchased additionally. In combination with nebulizers, it is important to ensure that the RC-Cornet[®] PLUS with and without the RC-Cornet[®] PLUS NEBULIZER SET is as securely fitted as it would be if the nebulizer mouthpiece was attached. During inhalation you should not see any inhalation solution flowing outside of the product combination. To this end, pay attention to the respective interior diameter (ID).

Article no. 2651 | PPN 111 443 990 049
* Depending on the application deviations in the deposition data are possible.


This RC-Cornet[®] NEBULIZER KIT package contains: Nebulizer ring, elbow connector and RC-adapter



RC-Cornet[®] PLUS NEBULIZER KIT enables a combination of the RC-Cornet[®] PLUS FAMILY with almost all non standard nebulizers.*

RC-CORNET^{PLUS}
ACCESSORIES

ATEMTHERAPIE UND FEUCHTINHALATION EFFEKTIV KOMBINIEREN MIT DER RC-Cornet® PLUS FAMILIE:



Ziehen Sie hierzu zuerst das Mundstück des Verneblers ab. Verbinden Sie nun den Vernebler mit einem, zwei oder mehreren Teilen des VERNEBLER SETS (siehe Abbildung oben). Wenden Sie nun die RC-Cornet® PLUS FAMILIE (RC-Cornet® PLUS, RC-Cornet® PLUS NASAL, RC-Cornet® PLUS TRACHEO) gemäß der entsprechenden Ausprägung in Einstellung 1 an.

Durch das integrierte Einatemventil inhalieren Sie nun bei der Einatmung das Aerosol sobald Sie das Inhaliergerät angeschaltet haben. Bei der Ausatmung verschließt das Ventil und ermöglicht so die Atemtherapie mittels der RC-Cornet® PLUS FAMILIE.

Bitte beachten Sie, dass der Verneblerkopf gemäß Anleitung immer senkrecht gehalten werden soll.


TIPP: Sollte es Ihnen zu schwer fallen in Einstellung 1 auszuatmen, können Sie zu Beginn die Mittelstellung zwischen Einstellung 1 und 2 nutzen.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit:

2–3 x täglich, wenn vom Arzt nicht anders verordnet gemäß der vorgeschriebenen vom Medikamenten- bzw. des Inhalationsgeräte Herstellers vorgegebenen Zeit.

Die Reinigung des RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SETS entspricht der Reinigung des jeweiligen RC-Cornet® PLUS PRODUKTES.

Material: Polypropylen



COMBINED THERAPY / NEBULIZER CONFIGURATION WITH THE RC-Cornet® PLUS FAMILY:

Remove the nebulizer mouthpiece. Then connect the nebulizer with one, two or all three parts of the RC-Cornet® PLUS NEBULIZER KIT (see illustrations above).
Now apply the RC-Cornet® PLUS FAMILY (RC-Cornet® PLUS, RC-Cornet® PLUS NASAL, RC-Cornet® PLUS TRACHEO) according to the characteristics in setting 1.

The integrated one way valve now enables an inhalation of aerosol once you have started your compressor. When you exhale, the valve closes and you start your respiratory physiotherapy via the RC-Cornet® PLUS FAMILY.

Please be aware that the nebulizer as mentioned in the instructions for use is always in an upright position.
TIPP: If you feel uneasy to use setting 1 at the beginning, you can use the middle setting between 1 and 2 to start with.

Recommended usage:
2-3x daily, or as recommended by your healthcare professional. The timing should be equivalent to the recommended timing going with the nebulizer or the drugs applied.

The same cleaning instructions apply for the RC-Cornet® PLUS NEBULIZER KIT as for the corresponding RC-Cornet® PLUS product.
Material: Polypropylen