

VERI Q MULTI LIPID KONTROL

VERI-Q Multi Lipid Kontrolllösung

PZN: 16143345

Inhalt: 3 St

Hersteller: Diaprax GmbH

Zweckbestimmung

Die VERI-Q MULTI-Lipid-Kontrolllösung wird zusammen mit dem VERI-Q MULTI Messgerät (Glucose/Cholesterin/Hämoglobin) angewendet, um zu überprüfen, ob das Messgerät und die Teststreifen als System zusammenarbeiten und ob Sie den Test korrekt durchführen.

Zusammensetzung

TC-Kontrolllösung: Cholesterin 0,042 %, Natriumbenzoat 0,016g, Dinatrium-EDTA 0,008g, Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) 0,24g
TG-Kontrolllösung: Triolein 0,075 %, Natriumbenzoat 0,016g, Dinatrium-EDTA 0,008g, Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) 0,24g
HDL-Kontrolllösung: Cholesterin 0,0062 %, Natriumbenzoat 0,016g, Dinatrium-EDTA 0,008g, Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) 0,24g