

URIN TESTST SERVOT 11 PARA

SERVOTEST 11 Parameter Urinteststreifen

PZN: 03200314

Inhalt: 100 St

Hersteller: Diaprax GmbH

Zusammensetzung

ph-Wert: Methylrot 0,05 mg, Bromothymolblau 0,5 mg Glucose: Glukoseoxidase 430U, Peroxidase 200U, Kalium Jodid 12 mg Ascorbinsäure: 2,6 Dichloro indophenol Natriumsalz 0,8 mg Keton: Natrium Nitroprusside 23,0 mg Nitrit: P-Arsanilsäure 4,5 mg Protein: Tetrabromphenolblau 0,34 mg Bilirubin: Natriumnitrit 0,733 mg, 2,4-dichlorobenzene diazonium 2,3 mg, Sulfosalicylsäure 25 mg Urobilinogen: 4-Methoxybenzenediazonium 2,9 mg Okkultes Blut: Cumene Hydroperoxid 12 mg, o-Tolidine 35 mg Leukozyten: Induzierte Indol-Arminosäure Ester 1,3 mg Spezifisches Gewicht: Bromothymolblau 0,5 mg, Poyvinyl Ether-ALT-maleic Säure anhydrid 140,5 mg