

# **CLEARTEST CONTROL STUHLTES**

## **CLEARTEST Control Stuhltest Ampullen**

PZN: 16507184

Inhalt: 1 St

Hersteller: Diaprax GmbH

### **Zweckbestimmung**

Der Cleartest® Control Humanofecal dient zur internen Funktionsprüfung der Humanofecal Teste, wie sie im Rahmen der guten Laborpraxis (GMP) empfohlen wird.

### **Zusammensetzung**

Im Applikatorröhrchen ist eine definierte Menge an Hämoglobin lyophilisiert, die beim Eluieren mit der beigefügten Pufferlösung eine positive Realprobe simuliert und zwischen 10 - 20 ng/ml Hämoglobin beinhaltet.